

令和6年7月

お客様各位

製造販売元：S B カワスミ株式会社
〒210-8602 神奈川県川崎市川崎区
殿町3丁目25番4号

自主回収のお知らせ

平素より、弊社製品につきまして格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、この度、販売名「ディスプレイザブル把持鉗子Φ1.5」（医療機器認証番号：305AFBZX00072000）」に、繊維状の異物が付着している可能性があることが判明したため、対象のロットについて自主回収を実施することといたしました。
なお、現在までに当該製品に係る健康被害の報告は受けておりません。
お客様に多大なご迷惑とお手数をお掛けいたしますこと、深くお詫び申し上げます。
事情をご賢察の上、当該ロットの自主回収にご理解とご協力を賜りますよう、何卒よろしく
お願い申し上げます。

—記—

- 対象となる品番およびロット番号：

製品番号	ロット番号
MD-10100	31161001、31161002、31161003、40161001、40161002、40361001、40361002、 40361004

- 対象数量：72セット

【本件に関するお問い合わせ先】

S B カワスミ株式会社

担当：品質保証部 佐藤、片山

電話番号：044-589-9751

FAX 番号：044-589-9768

以上